簡易便器(8550AA)
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) 本品の改造をしないでください。
2) 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
3) ご使用の際は必ず平らな面に設置してください。また、シートに浅く腰掛けると転倒するおそれがありますので、シートの中央に正しく腰掛けてください。
4) 勢いよく座ると破損や変形、転倒のおそれがありますので、ゆっくりと腰掛けてください。
5) 座面やパイプの隙間等に指等を入れると抜けなくなるおそれがあります。
6) 脚部の破損や変形、転倒のおそれがありますので、座ったままで本品をひきずったり、背もたれに体重をかけすぎないようにしてください。
7) 踏み台のように本品の上に立ち上がるなどの行為は大変危険ですので絶対に行わないでください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

1) 材質
本体：アルミニウム
背もたれ：ポリエチレン
手すり：ポリエチレン
座面マット：ABS 樹脂

2) サイズ
本体サイズ：幅 580×奥行 520×高さ 720～820㎜
座面サイズ：幅 410×奥行 400㎜
座面高：375～475㎜（25㎜ ピッチで 5 段階調節）
肘掛け高：260㎜

3) 耐荷重：100kg

4) 付属品：バケツ（蓋付）

村中医療器株式会社

3. 組立方法

①本体を設置してください。

座面受けフレーム

② 座面シートのフレームを背もたれ側から本体の座面受けフレームに取付けてください。



座面シートのフレーム

③ シート下部にバケツ（蓋付）を装着して完成です。

⚠ 注意

1) 必ず六角ビス等による固定にゆるみやガタつきがないか確認してください。固定にゆるみやガタつきがある場合は、六角ビス等を増し締めしてください。
増し締め後もゆるみやガタつきがある場合は絶対に使用しないでください。
2) 高さ調節の際は、脚部のプッシュボタン 4 箇所を脚先が同じ高さになるように固定してください。固定が不完全な場合は本品が傾き、転倒するおそれがあります。
3) 本品には、プッシュボタンによる固定が 4 箇所ありますので、プッシュボタンがすべて固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。
4) プッシュボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったんパイプ(下部)を引き抜き、プッシュボタンを取り出してから、再度調節してください。



プッシュボタンが大きく飛び出た状態

4. 保管方法

1) 本品は水で清拭してください。洗剤等は使用しないでください。
2) 腐食の原因となりますので、水を切って乾燥させてください。
3) 湿気の少ない場所で保管してください。

※保管する前に各部を点検し、異常のないことを確認してください。もしも、異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

注文コード	品番	商品名
502-002-16	8550AA	簡易便器